

DESCRIPTION DU SYSTEME DE MESURE

Instrument	Type	N° de série	Fabricant	Etalonnage
Analyseur de spectre	SPECTRAN HF 5035 V4	N° 01037	AARONIA AG	Certifié par AARONIA N° de certificat : 09-0459
Type de paramètre	Minimum		Maximum	
Gamme de fréquence	1 Hz		1 MHz	
Gamme de mesures en champ électrique 1D	0,1 V/m		5KV/m	
Gamme de mesure en champ magnétique 1D	0,1 nT		100 µT	
Gamme de mesure en champ magnétique 3D	10µG		1 G	
Bande passante	1HZ		1 MHz	
Précision	- 3%		+ 3%	
Résolution (nombre de points)	-		1024	